



證書編號：L2465-110909

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認 證 證 書

茲證明

振儀科技股份有限公司

振動校正實驗室

新北市樹林區三俊街 65 巷 29 號 1 樓

為本會認證之實驗室

認 證 依 據：ISO/IEC 17025：2005

認 證 編 號：2465

初 次 認 證 日 期：一 百 年 九 月 九 日

認 證 有 效 期 間：一 百 年 九 月 九 日 至 一 百 零 三 年 九 月 八 日 止

認 證 範 圍：校 正 領 域，如 續 頁

董事長

陳 介 山

中華民國一 百 年 九 月 九 日



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認證編號：2465

實驗室主管：王文賢

振動量/聲量

校正件	校正方法 /最高工作標準件	範圍	最小 不確定度
KB1002	自訂 VS-LP-Q01	加速度	加速度
振動計	/振動計/Shinken V-1107/ SG-3407	0.98 m/s ² (0.1 g)	3.0 %
(以下空白)	搭配之加速規/Shinken V-11-101/ 7896	@10 Hz 0.98 m/s ² (0.1 g)	3.6 %
		@20 Hz 0.98 m/s ² (0.1 g)	3.6 %
		@30 Hz 0.98 m/s ² (0.1 g)	3.6 %
		@40 Hz 0.98 m/s ² (0.1 g)	3.6 %
		@50 Hz 29.4 m/s ² (3 g)	3.3 %
		@50 Hz 29.4 m/s ² (3 g)	3.3 %
		@100 Hz 29.4 m/s ² (3 g)	3.7 %
		@200 Hz 29.4 m/s ² (3 g)	3.3 %
		@300 Hz 29.4 m/s ² (3 g)	3.7 %
		@500 Hz 29.4 m/s ² (3 g)	3.3 %
		@1000 Hz 29.4 m/s ² (3 g)	3.3 %
		@1500 Hz	



證書編號: L2465-110909

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

校正件	校正方法 /最高工作標準件	範圍	最小 不確定度
		速度	速度
		2 cm/s (@50 Hz)	2.7 %
		2 cm/s (@100 Hz)	2.7 %
		位移	位移
		1.5 mm (@10 Hz)	3.5 %
		0.5 mm (@20 Hz)	3.4 %
		0.2 mm (@30 Hz)	3.5 %
		0.1 mm (@40 Hz)	3.6 %
		0.1 mm (@50 Hz)	3.6 %

註：認可最小不確定度以約 95 %信賴水準擴充不確定度表示

簽署人姓名	簽署範圍
徐士雅	KB1002
王文賢	KB1002